

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ขออนุมัติจัดซื้อชุดควบคุมแรงดันลมชนิดติดผนัง (Filter Presser Regulator Combination for Central Air Supply) จำนวน ๒ ชุด วงเงินงบประมาณชุดละ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินงบประมาณรวม ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๑.๓ วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องสำหรับแยกน้ำจากอากาศและกรองก๊าซให้ปราศจากเชื้อและฝุ่นละอองเพื่อใช้กับส่วนหรือเลื่อยลม โดยมีเครื่องควบคุมเพื่อใช้ห้ามเลือดขณะทำผ่าตัดอยู่ในเครื่องเดียวกัน

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายนิติพล นวลสาลี)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุจิตร์ตรา เอ็นสรง)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดควบคุมแรงดันลมชนิดติดผนัง (Filter Presser Regulator Combination for Central Air Supply)

แบบท้ายประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 31 มี.ค. 2568

1. ความต้องการ

ชุดควบคุมแรงดันลมชนิดติดผนัง (Filter Presser Regulator Combination for Central Air Supply) มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

2. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสำหรับแยกน้ำจากอากาศและกรองก๊าซให้ปราศจากเชื้อและฝุ่นละอองเพื่อใช้กับสว่านหรือเลื่อยลม โดยมีเครื่องควบคุมเพื่อใช้ห้ามเลือดขณะทำผ่าตัดอยู่ในเครื่องเดียวกัน

3. คุณสมบัติด้านเทคนิค

3.1 เครื่องแยกความชื้นและกรองก๊าซ จำนวน 1 ชุด

- 3.1.1 มีไส้กรองสำหรับแยกน้ำจากอากาศอัด และไส้กรองสำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งสามารถกรองได้ถึง 0.3 ไมครอน บรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกหนา พร้อมมีปลอกป้องกันการกระแทกสามารถทนแรงอัดของอากาศได้
- 3.1.2 มีมาตรวัดความดันของอากาศอัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และมีช่องบอกสภาวะการอุดตันของตัวไส้กรอง
- 3.1.3 มีตัวปรับความดันลมตามการใช้งาน พร้อมมีระบบล๊อคแบบฟันเฟือง
- 3.1.4 ด้านหนึ่งมีหัวต่อเพื่อเข้ากับ Central Pipe Line อีกด้านหนึ่งเป็นเครื่องปรับแรงดันห้ามเลือดตามรายละเอียด

3.2 เครื่องห้ามเลือด

- 3.2.1 ประกอบด้วยมาตรวัดความดันจากอากาศอัดที่ปราศจากเชื้อได้ตั้งแต่ 0 ถึง 760 mm.Hg.
- 3.2.2 สามารถจ่ายแรงดันได้สูงสุดถึง 7 บาร์
- 3.2.3 มีหัวต่อท่อส่งลมระบบควิกคัลป์ลิ่งพร้อมมีก้านปรับปิด - เปิดวาล์ว เพื่อใช้ต่อสว่านเจาะกระดูกชนิดต่างๆ หรือเลื่อยตัดกระดูก โดยไม่ต้องถอดเปลี่ยนสาย และมีหัวต่ออีกด้านหนึ่งที่ใช้ส่งลมไปยังแถบสายเพื่อรัดห้ามเลือด (แถบสายรัดห้ามเลือดเป็นอุปกรณ์เสริม)

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 4.1 สายต่อนำเข้าพลังลมชนิด ท่อชั้นเดียวสำหรับต่อต่อจากเครื่องควบคุมความดัน ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 เส้น
- 4.2 ท่อส่งลมชนิดใสเพื่อส่งลมไปยังแถบสายรัดห้ามเลือด ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 เส้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิติพล นวลสาลี)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุจิตร์ตรา เย็นสรอง)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ /5. เจ็อนไซ...


5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป ในระยะประกัน หากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากมีการแก้ไข 2 ครั้ง ยังใช้งานได้ไม่ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจะต้องมีอะไหล่พร้อมบริการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในระยะเวลาการรับประกันผู้ขายจะต้องส่งช่างมาตรวจเช็ค สอบเทียบให้ค่ามาตรฐาน เครื่องมือ และบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อรุ่น ยี่ห้อ และผลิตภัณฑ์ประเทศที่เสนอและทำเครื่องหมายใน แคตตาล็อกหรือหลักฐานที่นำเสนอที่เชื่อถือได้จากบริษัทผู้ผลิต ตามหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทางราชการกำหนดหากผู้เสนอราคารายใดไม่ทำเครื่องหมายตามที่ทางราชการกำหนด **โรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราช สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา**
- 5.3 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์
- 5.4 บริษัทผู้เสนอราคาได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.5 ผู้ขายต้องแนบใบรับรองการจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี มาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา
- 5.6 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายนิติพล นวลสาลี)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุจิตร์ตรา เย็นสงง)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อชุดควบคุมแรงดันลมชนิดติดตั้ง (Filter Presser Regulator Combination for Central Air Supply) จำนวน ๒ ชุด วงเงินงบประมาณชุดละ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินงบประมาณรวม ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ราคากลางเครื่องละ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมราคากลาง ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โดยใช้ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ดังนี้

๕.๑ บริษัท ไทยสเตอร์ไลเซอร์ กรุ๊ป จำกัด

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์. เมดิคอล ซัพพลาย


๕.๓ บริษัท วี บลู ซัพพลาย จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายนิติพล นวลสาลี ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ


๖.๓ นางสุจิตร์ตรา เย็นสรง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายนิติพล นวลสาลี)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุจิตร์ตรา เย็นสรง)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช



คำสั่ง จังหวัดลพบุรี
ที่ ๗๐๖ /๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดลพบุรี โดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ ชุดควบคุมแรง
ดันลมชนิดติดผนัง (Filter Presser Regulator Combination for Central Air Supply) จำนวน ๒ ชุด วงเงิน
งบประมาณชุดละ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินงบประมาณรวม ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๑), (๕) ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๒๘๙๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๑ นายนิติพล นวลสาลี ประธานกรรมการฯ
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๑.๒ นางสาวธนพรพรรณ เจริญศรี กรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ๑.๓ นางสุจิตร์ตรา เย็นสรง กรรมการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘
- (๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๑ นายศิริศักดิ์ บุญรักษา

ประธานกรรมการฯ

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ

๒.๒ นางสาววรรณิ คำหาญ

กรรมการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๒.๓ นางสาวสุนันทา สัมฤทธิ์

กรรมการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง สงมอบงาน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ดังกล่าว ข้างต้น อย่าให้เกิดความบกพร่องขึ้นได้ และให้รักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างดีที่สุดที่สุดแล้ว รายงาน ผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕ >

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี